



NPZ-244-73/2019/440/19/JK

Dot. wniosku Nr CRZP-240-573/2019

30.04.2019r

Dotyczy zapytania ofertowego na: „Wykonanie analiz oznaczeń pierwiastków chemicznych w próbkach skał, sygn. postępowania: NRP-244-73/2019

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły pytania do treści zapytania ofertowego. Poniżej prezentujemy przesłane zapytania wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, zawarte w udzielonej odpowiedzi, uważa się za uzupełnienie lub zmianę treści zapytania ofertowego dokonaną przez Zamawiającego i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z treścią zapytania ofertowego, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają treść zapytania ofertowego, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią zapytania ofertowego.

Pytanie 1:

Uprzejmie proszę o informację czy dopuszczone jest przez Państwa podzlecenie części prac a dokładniej: pomiaru zawartości pierwiastków za pomocą instrumentu Leco. Niestety nie dysponujemy tego rodzaju aparatem – oznaczenia tego typu wykonujemy natomiast u naszego podwykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie pomiaru zawartości pierwiastków za pomocą instrumentu Leco u Podwykonawcy, przy czym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość analiz.

Pytanie 2:

Proszę także o informację czy zgodnie ze specyfikacją prac, zakres Analizy chemiczne kontrolne (Cu+Zn+Pb) 35 próbek sproszkowanych może zostać wykonany za pomocą technik ICP-OES/ICP-MS a nie jak to określony w zapisie techniką ASA.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania Analiz chemicznych kontrolnych (Cu+Zn+Pb) 35 próbek sproszkowanych za pomocą technik ICP-OES/ICP-MS z zachowaniem zakładanych precyzji pomiaru.

KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych

mgr Izabela Hećlik